

Come regolare nuovamente il Termometro e l'igrometro

Termometro con capillare

Puo succedere che durante il trasporto si divide il liquido del tubetto di vetro (capillare). Scuotendo fortemente il termometro verso il basso il liquido si unisce nuovamente.

Termometro ad indice

Il termometro e regolato in fabbrica. Volendolo Controllare, mettetelo per una mezz'ora circa Accanto ad un altro termometro d'alta precisione E poi confrontate le due temperature. Eventuali correzioni possono essere effettuate sul retro dello strumento, mediante un cacciavite.

Igrometro

L' igrometro indica il grado d'umidita dell'aria in %. Per avere lo strumento in perfetta efficienza, si raccomanda di rigenerario periodicamente o almeno una volta all'anno. Per la rigenerazione si avvolge l'igrometro per circa 1/2 ora in uno straccio umido e in questo modo l'indice dovrebbe indicare 94-96 %. Se non indica questi valori dovete regolare lo strumento sul retro col solito cacclavite.